

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Stomatološki materijal**

Referentni broj: **OP 24/22**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
<p>Poštovani,</p> <p>Nakon uvida u konkursnu dokumentaciju imamo nekoliko zahteva za dodatno pojašnjenje:</p> <p>PARTIJA 1</p> <p>Stavka 1 i 2 Molimo Vas iz opisa izostavite hemijski sadržaj cinka od 0,5 % , jer je i u prošlogodišnjoj specifikaciji bilo bez tog navođenja, a udeo Zn od 0,5 % nije od suštinskog značaja za sastav legure već udeo Ag, a izbegava se ograničavanje ponude</p> <p>Stavka 5 Iz opisa izostaviti navođenje spektra boja A;B;C i D jer nemaju svi preparati tačni kompoziti u svom asortimanu ove sve nijanse. Takođe u prošlogodišnjoj specifikaciji nije bio ovaj zahtev koja ograničava ponudu</p> <p>Stavka 12 Molimo Vas u opisu izmenite da stoji minimum 30g</p> <p>PARTIJA 2</p> <p>Stavka 3 i 4 Molimo Vas iz opisa izostaviti navođenje pakovanja 250ml odnosno 250g , jer se time ograničava ponuda (takođe u specifikaciji od prošle godine nije ovaj podatak) , jer je jedinica mere ispravno izražena na "ml" i "g" ,</p> <p>Stavka 18 Molimo vas u opisu dodajte sa ili bez eugenola kako bi se mogao ponuditi</p>	<p>Naručilac će prihvatiti sugestiju zainteresovanog lica i izvršiti izmenu u jednom delu tehničke specifikacije. Odgovarajuće izmene konkursne dokumentacije biće objavljene na Portalu javnih nabavki.</p>

ekvivalentran materijal , takođe indikovano za uzimanje funkcionalnih otisaka.

Stavka 27. Molimo Vas u opisu ispravite da stoji minimalne debljine 1,5mm , kako ne bi ograničavali ponudu (u specifikaciji od prošle godine nije ovaj podatak)

Stavka 30. Molimo Vas ispravite u opisu da stoji impregniran ili neimpregniran, obzirom da impregniran konac može da ponudi jedan ponuđač koji ima pravo prvenstva dobijanja ovlašćenja (obavezan dokument konkursne dokumentacije) od strane nosioca dozvole za učestvovanje u ovom postupku, samim tim i cela partija je rezervisana za jednog ponuđača. Pored toga konac za retrakciju je već sadržan u partiji 7,stavka 16?

PARTIJA 3

Molimo Vas da izmenite zahtev za dostavljanje svih uzoraka za ovu partiju, jer to znači da mi u momentu podnošenja ponuda moramo imati sve uzorke, što je u trenutnom vremenu vrlo teško obezbediti od strane proizvođača.

PARTIJA 4

Takođe se odnosi na dostavljanje uzoraka. Stavka 10. Turbinski boreri u dužini 26 mm nisu standardni , molimo Vas da ovaj zahtev izuzmete.Postoje produženi turbinski boreri dimenzija od 23 do 25 mm. Pored toga jedinična cena ovakvih turbinskih borera je znatno veća od borera standardnih dimenzija , što sve utiče na ukupnu vrednost partije, pa procenjena vrednost može da bude premašena.

Stavka 14. Odnosi se isto kao za stavku 10, s tim što je razlika karbidni produženi boreri od 26 mm postoje. Takođa cena je viša od standarne dimenzije borera.

PARTIJA 5

Stavka 13. Molimo Vas iz opisa izostaviti veličinu pakovanja, i jedinicu mere pravilno izrazite na "m" , shodno tome i ukupne potrebne količine.

Stavka 22. Molimo Vas takođe da izostavite zahtev za dostavljanje uzoraka. Naime ukoliko

zaista tražite gumicu za poliranje kompozita za **turbinu** ,ove gumice nisu uobičajene za poliranje, namenski se poručuju i nisu bele boje, već svetlih pastelnih boja. Ne možemo blagovremeno odgovoriti za dostavljanje uzoraka.

PARTIJA 6

Stavka 1 i 2 Takođe dostavljanje utzoraka je otežano.

PARTIJA 8

Stavka 2. Traženi preparat Varnish se ne proizvodi više u GC . Molimo Vas ispravite u opisu , da ne stoji kompatibilin sa proizvođačem iz stavke 1.

PARTIJA 10

Stavka 1. Traženi preparat Apexcal se neće više proizvoditi. Obzirom da smo direktni uvoznici celog programa proizvođača Ivoclar Vivadent dobili smo nedavno ovu informaciju. iz tog razloga je potrebno izmeniti opis da se izostavi navođenje karakteristika koje odgovaraju isključivo Apexcalu . Dovoljno je da stoji CaOH 2 pata za privremeno punjenje kanala korena , minimum 2 g.

Stavka 6. Fosfatni cement normalnovezujući Cegal N je u pakovanju od 120g i 50 ml i prisutan je na tržištu.

Molimo Vas da razmotrite i uvažite naše sugestije u cilju dobijanja ispravne tehničke specifikacije i zakonitog postupka.

S poštovanjem