

ДОМ ЗДРАВЉА "ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ" 105110134

СВЕТОСАВСКА 31

23101 ЗРЕЊАНИН

Србија

Последњи одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

Предмет набавке: **Медицинска средства**

Референтни број: **ОП 25/22**

Текст захтева	Одговор - појашњење
<p>Поштовани,</p> <p>У складу са Закона о јавним набавкама молимо Вас за измену конкурсне документације, ЈН 25/22, за партију број 5 – дигитални топломер у делу где тражите да топломер буде баждарен.</p> <p>Како за топломере за хуману употребу постоји обавеза да буду регистровани као медицинска средства у Агенцији за лекове и медицинска средства за њих важе обавезе које су прописане Законом о лековима и медицинским средствима у погледу баждарења, односно на медицинска средства се не примењују обавезе прописане Законом о метрологији у погледу првог оверавања, нити члана 4. Правилника о врстама мерила која подлежу законској контроли.</p> <p>У складу са свим претходно изнетим, молимо Вас да измените конкурсну документацију тако што ћете из техничког захтева избацити услов у погледу баждарења .</p>	<p>Наручилац остаје при наводима датим у конкурсној документацији.</p>

Пречишћени текст свих одговора на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

Текст захтева	Одговор - појашњење
<p>Поштовани,</p> <p>Молимо Вас за појашњење у вези партије 12, ставка 1:</p> <p>Да ли је прихватљиво понудити налепнице димензија 29мм x 22,5мм?</p> <p>Молимо Вас да јединицу мере изразите на комад, с обзиром да различити произвођачи имају различит број налепница на катуру и тако омогућите већу конкурентност.</p> <p>Хвала.</p>	<p>Наручилац је техничком спецификацијом одредио минималне димензије и минимални број налепница на ролни и остаје при траженим наводима.</p>
<p>Поштовани,</p> <p>У складу са Закона о јавним набавкама молимо Вас за измену конкурсне документације, ЈН 25/22, за партију број 5 – дигитални топломер у делу где тражите да топломер буде баждарен.</p> <p>Како за топломере за хуману употребу постоји обавеза да буду регистровани као медицинска средства у Агенцији за лекове и медицинска средства за њих важе обавезе које су прописане Законом о лековима и медицинским средствима у погледу баждарења, односно на медицинска средства се не примењују обавезе прописане Законом о метрологији у погледу првог оверавања, нити члана 4. Правилника о врстама мерила која подлежу законској контроли.</p> <p>У складу са свим претходно изнетим, молимо Вас да измените конкурсну документацију тако што ћете из техничког захтева избацити услов у погледу баждарења .</p>	<p>Наручилац остаје при наводима датим у конкурсној документацији.</p>